



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-168-3301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

EMSA探针 – SP1 (1.75 μ M)

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------|-----------------------------|------------|
| GS078 | EMSA探针 – SP1 (1.75 μ M) | 60 μ l |

产品简介:

- EMSA探针 – SP1是用于EMSA(也称gel shift)研究的SP1 consensus oligonucleotide。这个双链寡核苷酸含有公认的SP1结合位点, 可以用作EMSA研究时的探针。
- SP1 consensus oligo的序列如下:
5' -ATT CGA TCG GGG CGG GGC GAG C-3'
3' -TAA GCT AGC CCC GCC CCG CTC G-5'
- 本EMSA探针可以使用T4 Polynucleotide Kinase在 $[\gamma$ -32P]ATP存在的情况下进行标记, 也可以用于生物素标记。
- 一个包装的探针可以进行约30个同位素标记探针的反应, 每次标记的探针可以测定约100个样品; 或约可以进行20个生物素标记探针反应。如果作为未标记的探针用于同位素标记探针的冷竞争(cold competition), 可以进行30-60个冷竞争反应。

包装清单:

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------|-----------------------------|------------|
| GS078 | EMSA探针 – SP1 (1.75 μ M) | 60 μ l |
| — | 说明书 | 1份 |

保存条件:

-20 $^{\circ}$ C保存一年有效。

注意事项:

- 避免加热到40 $^{\circ}$ C以上, 温度过高会导致双链DNA探针解聚成单链。而单链无法用于EMSA研究。
- 对于EMSA的详细操作可以参考我们的EMSA试剂盒的使用说明。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 用于EMSA探针的标记, 可以参考如下反应体系:

| | |
|---|------------|
| 待标记探针(1.75 μ M) | 2 μ l |
| T4 Polynucleotide Kinase 10X Buffer | 1 μ l |
| Nuclease-Free Water | 5 μ l |
| $[\gamma$ -32P]ATP (3,000Ci/mmol at 10mCi/ml) | 1 μ l |
| T4 Polynucleotide Kinase (5–10u/ μ l) | 1 μ l |
| 总体积 | 10 μ l |

2. 如果用于生物素标记, 具体方法和步骤可以参考碧云天的EMSA探针生物素标记试剂盒(GS008)。
3. 如果用于冷竞争, 没有标记的探针的用量应该是标记探针的用量的50-100倍。